



Sorocaba, 28 de julho de 2015.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formuladas pela empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICA GEHAKA LTDA.** ao Pregão Eletrônico nº 61/2015, o que segue:

PERGUNTA 1:

Esclarecer para o Lote 21 – pHmetro de Bancada Microprocessado Digital é solicitado certificado de calibração, este certificado é com rastreabilidade RBC ou o certificado emitido por laboratório acreditado (credenciado) a RBC –Rede Brasileira de Calibração.

RESPOSTA 1:

A calibração deve ser realizada e o laudo emitido por Laboratório Acreditado a RBC – Rede Brasileira de Calibração.