

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo Administrativo nº 2722/2021

Pregão Eletrônico nº 110/2023

Objeto: Aquisição de equipamento para análise de íon amônia, eletrodo de alta performance (NH₃) e reagentes para calibração dos mesmos.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, esclarecer as licitantes interessadas no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: HEXIS CIENTIFICA LTDA.

1. *“Deverá ser fornecido somente o medidor STARA214, ou o kit com o eletrodo de pH e soluções?”*
2. *O eletrodo de fluoreto deverá estar incluso no kit solicitado?*
3. *Tendo em vista que os itens são de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 120 dias para o equipamento (item 01), e 90 dias para os demais itens? Ou será aceito prorrogação de entrega?*

Motivo:

O material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega.

Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas a importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Considerando que o sistema nos indica uma média de atrasos e que as informações de monitoramento estão sempre se atualizando até a entrega dos itens na nossa unidade de distribuição, os itens poderão ser entregues antes do prazo informado.”

Resposta questionamento: Segue esclarecimento conforme manifestação da área técnica.

1. *“Somente itens que deverão ser fornecidos estão descritos nos Lotes 01, 02 ,03 e 04.*



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



Entende-se que o equipamento descrito no LOTE 01 é capaz de fazer outras análises, como Ph e Fluoreto, porém, apenas o eletrodo para amônia esta sendo solicitado neste edital.

As solução de calibração requisitadas estão descritas nos LOTES 03 e 04, não é necessário a entrega de nenhum outra além destas.

2. Não, somente o eletrodo descrito no LOTE 02 - **ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMANCE** Especificação: - Range: 5 x 10-7M a 1M 0,01 a 17.000 ppm como NH3 ou 0,01 a 14.000 ppm como N. - Temperatura: 0 a 50 graus C. - Reprodutibilidade: +/- 2% - Comprimento do eletrodo: 120 mm - Diâmetro do eletrodo: 12 mm - 2 unidades solução de enchimento - Kit com 20 um de membrana para amônia 1 corpo em epóxi para eletrodo de amônia. - Garantia: 12 meses.
3. Não será permitida a entrega do item 01 no prazo de 120 dias e aos demais, também não será aceita a entrega com 90 dias.
Por motivos de transporte internacional, esse Departamento prorrogará a entrega para 30 dias."

Sorocaba, 08 de janeiro de 2024.

ERICA DE O. M. E. FRANCO
Agente de Contratação