



Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.

Esclarecimento nº 01

Processo Administrativo – 1473/2023

Pregão Eletrônico – 117/2023

Objeto – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E VIDRARIAS.

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulado pela empresa **HEXIS CIENTIFICA LTDA** ao Pregão Eletrônico nº 117/2023 o que segue:

A empresa Hexis Cientifica Ltda, inscrita no CNPJ 53.276.010/0001-10, vem através desta solicitar esclarecimento, referente ao Pregão eletrônico nº 117/2023

CONSTA NO EDITAL LOTE 03 – ITEM 01 HIDROXIDO DE SODIO PEROLA PA - QTDE TOTAL DE 105 KG

Perguntamos: 1) Será aceito 105 embalagens, cada embalagem com 1kg, totalizando os 105 kg solicitados no edital?

CONSTA NO EDITAL LOTE 17 – ITEM 01 IODETO DE POTASSIO P.A. KI – QTDE TOTAL DE 10 KG

Perguntamos: 2) Será aceito 10 embalagens, cada embalagem com 1kg, totalizando os 10 kg solicitados no edital?

CONSTA NO EDITAL LOTE 21 – ITEM 01 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO ESTABILIZADA PARA TURBIDIMETRO 800 NTU – 1.000 ml

Perguntamos: 1) Será aceito 2 embalagens, cada embalagem com 500 ml, totalizando os 1.000 ml solicitados no edital?

CONSTA NO EDITAL LOTE 22 – ITEM 01 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO ESTABILIZADA PARA TURBIDIMETRO 20 NTU – 1.000 ml

Perguntamos: 1) Será aceito 1 embalagem de 1.000 ml?

CONSTA NO EDITAL LOTE 24 – ITEM 01 MOLIBDATO REAGENTE PARA FOSFORO CAT 2236-32 HACH. EMBALAGEM COM 100 ML VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 60 MESES

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 60 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 30 meses na entrega, será aceito?

CONSTA NO EDITAL LOTE 26 – ITEM 01 REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ALUMINIO, AMINOACIDO HEXAMETILENOTETRAMINA, CATEGORIA 26030-99 HACH, SACO COM 100 UNIDADES. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA 24 MESES.

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 24 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 12 meses na entrega, será aceito?

CONSTA NO EDITAL LOTE 27 – ITEM 01

REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE ALUMÍNIO - AMINOÁCIDO ECR CAT. 26038-49 HACH. COM 100 UNIDADES CADA. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA 24 MESES

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 18 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 10 meses na entrega, será aceito? 3

CONSTA NO EDITAL LOTE 28 – ITEM 01 REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE ALUMÍNIO ECR SOLUÇÃO MASCARADORA CAT. 23801-23 HACH VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA 24 MESES; FRASCO COM 50 ML;

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 15 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 8 meses na entrega, será aceito? 2) O código informado possui frasco de 25ml e não 50 ml, será aceito frasco de 25ml?

CONSTA NO EDITAL LOTE 29 – ITEM 01 AMINOÁCIDO REAGENTE P/ FOSFORO CAT 1934-32 HACH. EMBALAGEM COM 100ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA: 24 MESES

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 24 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 12 meses na entrega, será aceito?

CONSTA NO EDITAL LOTE 32 – ITEM 01 CALDO EC COM MUG FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA 36 MESES

Perguntamos: 1) Devido ao prazo de recebimento pelo fornecedor, será aceito o prazo de validade no ato da entrega de 9 meses?

CONSTA NO EDITAL LOTE 33 – ITEM 01 CALDO LAURYL TRIPTOSE BROTH DESIDRATADO – qtde 1,5 – unidade de medida KG

Perguntamos: 1) Será aceito 3 frascos, cada frasco contendo 500 gramas, totalizando os 1,5 kg solicitados no edital?

CONSTA NO EDITAL LOTE 59 – ITEM 01 ELETRODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CORPO DE VIDRO CONEXÃO BNC FAIXA DE PH 0 A 14 FAIXA DE TEMPERATURA - DE 0 A 100 GRAUS C. TIPO DE REFERÊNCIA: AG/AGC

Perguntamos: 1) Será aceito temperatura de 0-90°C?

CONSTA NO EDITAL LOTE 92 – ITEM 01 SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,01 – FRASCO DE 1 LITRO

Perguntamos: 1) Será aceito solução de tampão 4,00? 2) será aceito frasco com 475mL?

CONSTA NO EDITAL LOTE 138 – ITEM 01 SONDA DE TEMPERATURA P/ MEDIDORES DE PH COM CONEXÃO ATC E CORPO DE EPOXI PARA MEDIDORES REFERÊNCIA: MODELO GLI PD1P2

Perguntamos: 1) O nome da sonda é ATC, mas a conexão é MiniDin. Será aceito?

Nos itens de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 90 dias? Ou será aceito prorrogação de entrega?

Respostas Área Técnica:

1.CONSTA NO EDITAL LOTE 03 – ITEM 01 HIDRÓXIDO DE SÓDIO PEROLA PA - QTDE TOTAL DE 105 KG Perguntamos: 1) Será aceito 105 embalagens, cada embalagem com 1kg, totalizando os 105 kg solicitados no edital?

RESPOSTA: Sim, será aceito.

2) CONSTA NO EDITAL LOTE 17 – ITEM 01 IODETO DE POTASSIO P.A. KI – QTDE TOTAL DE 10 KG Perguntamos: 2) Será aceito 10 embalagens, cada embalagem com 1kg, totalizando os 10 kg solicitados no edital?

Resposta: Sim, será aceito.

3. CONSTA NO EDITAL LOTE 21 – ITEM 01 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO ESTABILIZADA PARA TURBIDIMETRO 800 NTU – 1.000 ml Perguntamos: 1) Será aceito 2 embalagens, cada embalagem com 500 ml, totalizando os 1.000 ml solicitados no edital?

Resposta: Sim, será aceito.

4. CONSTA NO EDITAL LOTE 22 – ITEM 01 SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO ESTABILIZADA PARA TURBIDIMETRO 20 NTU – 1.000 ml Perguntamos: 1) Será aceito 1 embalagem de 1.000 ml?

Resposta: Sim, será aceito.

5. CONSTA NO EDITAL LOTE 24 – ITEM 01 MOLIBDATO REAGENTE PARA FOSFORO CAT 2236-32 HACH. EMBALAGEM COM 100 ML VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 60 MESES Perguntamos: 1) A validade total do item é de 60 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 30 meses na entrega, será aceito?

Resposta: Poderá ser aceito, desde que no ato da entrega, o produto possua 30 meses de validade.

6. CONSTA NO EDITAL LOTE 26 – ITEM 01 REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ALUMINIO, AMINOACIDO HEXAMETILENOTETRAMINA, CATEGORIA 26030-99 HACH, SACO COM 100 UNIDADES. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA 24 MESES. Perguntamos: 1) A validade total do item é de 24 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 12 meses na entrega, será aceito?

Resposta: O prazo de validade se mantém conforme o edital.

7. CONSTA NO EDITAL LOTE 27 – ITEM 01 REAGENTE P/ DETERMINACAO DE ALUMINIO - AMINOACIDO ECR CAT. 26038-49 HACH. COM 100 UNIDADES CADA. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA 24 MESES Perguntamos: 1) A validade total do item é de 18 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 10 meses na entrega, será aceito?

Resposta: O prazo de validade se mantém conforme o edital.

8. CONSTA NO EDITAL LOTE 28 – ITEM 01 REAGENTE P/ DETERMINACAO DE ALUMINIO ECR SOLUCAO MASCARADORA CAT. 23801-23 HACH VALIDADE MINIMA NA ENTREGA 24 MESES; FRASCO COM 50 ML; Perguntamos: 1) A validade total do item é de 15 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 8 meses na entrega, será aceito? 2) O código informado possui frasco de 25ml e não 50 ml, será aceito frasco de 25ml?

Resposta: O prazo de validade se mantém conforme o edital e os frascos poderão ser entregues em qualquer tamanho, desde que atendam a quantidade solicitada no edital.

9.CONSTA NO EDITAL LOTE 29 – ITEM 01 AMINOACIDO REAGENTE P/ FOSFORO CAT 1934-32 HACH. EMBALAGEM COM 100ML. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 24 MESES Perguntamos: 1) A validade total do item é de 24 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos a validade de 12 meses na entrega, será aceito?
Resposta: O prazo de validade se mantém conforme o edital.

10.CONSTA NO EDITAL LOTE 32 – ITEM 01 CALDO EC COM MUG FRASCO COM 500G. VALIDADE MINIMA NA ENTREGA 36 MESES. Perguntamos: 1) Devido ao prazo de recebimento pelo fornecedor, será aceito o prazo de validade no ato da entrega de 9 meses?

Resposta: Não, o prazo deve ser seguido conforme edital.

11.CONSTA NO EDITAL LOTE 33 – ITEM 01 CALDO LAURYL TRIPTOSE BROTH DESIDRATADO – qtde 1,5 – unidade de medida KG Perguntamos: 1) Será aceito 3 frascos, cada frasco contendo 500 gramas, totalizando os 1,5 kg solicitados no edital?

Resposta: Sim, será aceito da forma mencionada acima.

12.CONSTA NO EDITAL LOTE 59 – ITEM 01 - ELETRODO COMBINADO PARA MEDICAO DE PH COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO DE VIDRO CONEXAO BNC FAIXA DE PH 0 A 14 FAIXA DE TEMPERATURA - DE 0 A 100 GRAUS C. TIPO DE REFERÊNCIA: AG/AGC Perguntamos: 1) Será aceito temperatura de 0-90°C?

Resposta: Não, o produto deverá seguir as descrições técnicas do Edital.

13.CONSTA NO EDITAL LOTE 92 – ITEM 01 SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,01 – FRASCO DE 1 LITRO Perguntamos: 1) Será aceito solução de tampão 4,00? 2) será aceito frasco com 475mL?

Resposta: Aceitaremos a quantidade de 02 Litros, em dois frascos de 01 Litro, conforme Edital.

14. CONSTA NO EDITAL LOTE 138 – ITEM 01 SONDA DE TEMPERATURA P/ MEDIDORES DE PH COM CONEXAO ATC E CORPO DE EPOXI PARA MEDIDORES REFERENCIA: MODELO GLI PD1P2 Perguntamos: 1) O nome da sonda é ATC, mas a conexão é MiniDin. Será aceito?

Resposta: Sim, será aceito

15 - Tendo em vista que o item é de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 90 dias? Ou será aceito prorrogação de entrega?

Resposta: Poderemos prorrogar o prazo para 90 dias, conforme solicitação e importação

Atenciosamente

Emerson Aragão de Sousa

Setor de Licitações, Suprimentos e Contratos.