



Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.

## Esclarecimento nº 02

**Processo Administrativo – 1473/2023**

**Pregão Eletrônico – 117/2023**

**Objeto – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E VIDRARIAS.**

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulado pela empresa **HEXIS CIENTIFICA LTDA** ao Pregão Eletrônico nº 117/2023 o que segue:

**CONSTA NO EDITAL LOTE 01 – ITEM 01** ACIDO NITRICO P.A. HNO3 ACS CAS 7697-37-2 PM: 63,01 G/MOL TEOR MINIMO: 65% VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 02 – ITEM 01** ACIDO SULFURICO PA ACS N. CAS 7664-93-9 PM: 98,08 G/MOL TEOR 95-98% VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 08 – ITEM 01** ACIDO CLORIDRICO P.A. HCI 37% ACS N. CAS 7647-01-0 PM: 36,46 G/MOL VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 15 – ITEM 01** SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 3M SATURADA COM AGCL PARA ENCHIMENTO DE ELETRODOS SEPARADOS OU COMBINADOS, REFERÊNCIA DO TIPO AG/AGCL, DESTINADOS A ANÁLISE DE PH/ISE. ASPECTO: SOLUCAO INCOLOR DENSIDADE/20 GRAUS C: 1,10 - 1,16 VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 12 MESES

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 12 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 8 meses na entrega, será aceito?

## **Respostas Área Técnica:**

**CONSTA NO EDITAL LOTE 01 – ITEM 01 ACIDO NITRICO P.A. HNO3 ACS CAS 7697-37-2 PM: 63,01 G/MOL TEOR MINIMO: 65% VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.**

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 02 – ITEM 01 ACIDO SULFURICO PA ACS N. CAS 7664-93-9 PM: 98,08 G/MOL TEOR 95-98% VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.**

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 08 – ITEM 01 ACIDO CLORIDRICO P.A. HCI 37% ACS N. CAS 7647-01-0 PM: 36,46 G/MOL VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 36 MESES.**

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 36 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 24 meses na entrega, será aceito?

**CONSTA NO EDITAL LOTE 15 – ITEM 01 SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 3M SATURADA COM AGCL PARA ENCHIMENTO DE ELETRODOS SEPARADOS OU COMBINADOS, REFERÊNCIA DO TIPO AG/AGCL, DESTINADOS A ANÁLISE DE PH/ISE. ASPECTO: SOLUCAO INCOLOR DENSIDADE/20 GRAUS C: 1,10 - 1,16 VALIDADE MINIMA NA ENTREGA: 12 MESES**

Perguntamos: 1) A validade total do item é de 12 meses, devido ao prazo de recebimento do item pelo fornecedor, atendemos com a validade 8 meses na entrega, será aceito?

**Resposta: Para todos os itens acima, serão aceitos, no ato do recebimento, os reagentes com 80% (oitenta por cento) da validade total do produto.**

Atenciosamente

**Emerson Aragão de Sousa**

**Setor de Licitações, Suprimentos e Contratos.**